ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95646
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7025
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 03/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στυλεός αιμόστασης και πήξης με τη χρήση γεννήτριας παραγωγής πλάσματος από αέριο αργού – Argon Plasma. Η χειρολαβή να φέρει δύο πληκτρα ψυχρής αιμόστασης για ελεγχόμενη ροή και βάθος ψύξης με μονοπολικό ρεύμα ψυχρού αερίου Argon, εξασφαλίζοντας γρήγορη πήξη spray έως 150W και ψηφιακό έλεγχο οθόνης αφής 9 ιντσών.Ροή αερίου (Argon Flow):Ρυθμίσιμη από 0.2 έως 10 L/min.Μέγιστη πίεση εισόδο 3 bar.Ισχύς Spray Argon Coag: Έως 100W (στα 1000 Ω).Ο στυλεος να διατίθεται σε δύο (2) διαφορετικά μήκη 15cm και 37cm με διάμετρο 0,4mm ώστε να καλύπτει διάφορες χειρουργικές απαιτήσεις .Να είναι συμβατό με:Με χειρολαβή δύο πλήκτρων για ελεγχόμενη ροή και βάθος ψύξης.Με ενσωματωμένη μονάδα Argon για πραγματοποίηση πήξ πλάσματος.Οθόνη αφής 9 ιντσών.Διπλής συχνότητας Argon Plasma 300/400 Touch.Με σύστημα AUTOSTART – AUTOSTOP κατά την λειτουργία της διπολικής.Με δεκαοκτώ διαφορετικές λειτουργίες χρήσης και επίπεδα ισχύος κοπής και αιμόστασης.Με δύο κανάλια εξόδου για χρήση με μονοπολικούς στειλεούς και δύο κανάλια εξόδου για διπολικές λαβίδες.
ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.
ΑΙΤΗΜΑ ΘΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53443	ΕΡΓΑΛΕΙΟ J-PLASMA ΨΥΧΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ		5	
		ΣΥΝΟΛΑ:	5	