ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95951
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7298
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Αποτελούμενο από:
1. Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διάμετρο 5mm δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήση προσαρμογέα) και ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου τουλάχιστον 18mm η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 50 KHz και ηχητικ επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Το εργαλείο να είναι συμβατό με γεννήτρια που υποστηρίζει τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστ υπερήχων και προηγμένης διπολικής διαθερμίας. ΤΜΧ: 1.
2. Ηλεκτροκίνητος, αρθρωτός, επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης, διαμέτρου mm, συμβατός με trocar 12 mm, με στειλεό 44 cm και ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτ ατσάλι 420. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη συνεχή άρθρωση τουλάχιστον ±55°, ενεργοποιούμενη μέσω πλήκτρων στη λαβή, χωρίς περιορισμό ενδιάμεσων θέσεων. Σύστημ αναγνώρισης προσανατολισμού σιαγόνων που διατηρεί σταθερή κατεύθυνση άρθρωσης ανεξάρτητα από την περιστροφή του άξονα. Κίνηση μαχαιριού μεταβαλλόμενης ταχύτητας με αισθητήρες και κινητήρα που προσαρμόζουν αυτόματα την ισχύ ανάλογα με το πάχος/αντίσταση του ιστού. Αυτόματη επιστροφή μαχαιριού μετά την ολοκλήρωση της πυροδότησης και προοδευτική επιβράδυνση σε περίπτωση αντίστασης εκτός ορίων. Χειρισμό με το ένα χέρι και εργονομική λαβή. Άνοιγμα σιαγόνων ?22,79° για σταθερή τοποθέτηση σε ιστούς διαφορετικού πάχους. Αμιγώς ηλεκτρική πυροδότηση για περιορισ ακούσιων κινήσεων. Μηχανισμό διατήρησης σταθερής απόστασης σιαγόνων κατά την πυροδότηση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη συμπίεση και αιμάτωση. Διακριτά πλήκτρα ελέγχου για δεξιά/αριστερή άρθρωση και επιστροφή στην αρχική θέση. Δυνατότητα χρήσ εντός 12 ωρών από την εισαγωγή της μπαταρίας. Το σύστημα να είναι συμβατό με ανταλλακτικές κασέτες με: ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια, αγκτήρες από κράμα τιτανίου, 3D κλιπ, τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφή

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47969	ΣΕΤ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ		1	
		ΣΥΝΟΛΑ:	1	