ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96016
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7354
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ (BULLAU) ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Οι πλαστικές φιάλες πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με την βαρύτητα όσο κα
με την αναρρόφηση καθώς επίσης να αποτελούνται από 3 θαλάμους:
-Θάλαμος συλλογής υγρών χωρητικότητας 2100cc
-Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση και να λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλεία
-Μηχανικό διακόπτη για τον έλεγχο της αναρρόφησης με δυνατότητα ρύθμισης από -5 έω
-40cm H20. Πάνω από τον διακόπτη θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιρούμενη μπίλια που
δείχνει ότι η αναρρόφηση είναι σε λειτουργία και η αρνητική πίεση που ασκεί η
αναρρόφηση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην θέση του διακόπτη.
Η συσκευή θα πρέπει απαραίτητα να φέρει για τους λόγους που αναφέρονται τα παρακάτ
-Τα διαμερίσματα που χωρίζουν τον θάλαμο συλλογής υγρών θα πρέπει να επικοινωνούν
μόνο από την οπίσθια πλευρά για την δυνατότητα τοποθέτησης της συσκευής σε ύπτια
θέση κατά την μεταφορά του ασθενούς στον θάλαμο χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος
μετατόπισης των υγρών από το ένα διαμέρισμα στο άλλο
-Οι διαβαθμίσεις στα πρώτα 200ml θα πρέπει να είναι ανά 10ml κάνοντας την συσκευή
κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση
-βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με ειδικό ενσωματωμένο φίλτρο και δυνατότη
πλήρωσης του θαλάμου ενδοθωρακικών πιέσεων χωρίς την χρήση βελόνας και βαλβίδα
ασφαλείας θετικής πίεσης
-δυνατότητα συλλογής δείγματος χωρίς την χρήση βελόνας τόσο από το πίσω μέρος του
θαλάμου συλλογής υγρών και αέρα όσο και από τον αποσπώμενο σωλήνα με την βοήθεια
συνδετικού
-Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση
-Σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα ασθενούς ο οποίος θα διαθέτει clamp για διακοπή
της ροής ή για άρμεγμα. Επίσης ο σωλήνας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΟΔΥΝΗΡΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Επίσης η συσκευή θα πρέπει να έχει μικρό μέγεθος και να μην χρειάζεται βάση στήριξ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50276	ΦΙΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ (BILLOW)		50	
		ΣΥΝΟΛΑ:	50	