ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96015
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7353
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο μίας χρήσης

Σύστημα εύκαμπτου βίντεο ψηφιακού επεμβατικού βρογχοσκοπίου μιας χρήσεως με εξωτερική διάμετρο σωλήνα εισαγωγής, 3.8mm, 4.8mm και 5.5mm και διάμετρο καναλιού εργασίας 2.0mm, 2.2mm και 2.8mm αντίστοιχα. Στο άπω άκρο της χειρολαβής να διαθέτε σύστημα ασφαλούς και σταθερής στερέωσης ενδοτραχειακού σωλήνα. Με μήκος εργασίας 600mm και συνολικό μήκος 750mm. Να διαθέτει κατεύθυνση θέασης 0°, με εύρος γωνίωσ τουλάχιστον 180°άνω και 180° κάτω. Να διαθέτει απαραίτητα εύρος πεδίου οράσεως 125°και βάθος πεδίου από 3-100mm. Να διαθέτει διπλό φωτισμό τεχνολογίας LED και σύστημα επεξεργασίας εικόνας στα 160Kpixels και 920Kpixels (υψηλής ανάλυσης HD), παρέχοντας λειτουργία πηγής φωτός. Η χειρολαβή να διαθέτει κουμπιά ελέγχου των λειτουργιών ήτοι φωτογραφίας, video, πάγωμα εικόνας, μεγέθυνση τα οποία να προγραμματίζονται από το λογισμικό της φορητής κονσόλας βάσει των επιθυμιών του χρήστη. Η κονσόλα να είναι με διάσταση οθόνης 13.3’’, τεχνολογίας touch screen κα αποθηκευτικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 128 GB. Να έχει ανάλυση εικόνας 1920*1080Pixels, λειτουργία white balance, με 5 επίπεδα ρύθμισης της φωτεινότητας και 3 επίπεδα ρύθμισης της προσαρμοστικότητας zoom. Να διαθέτει αλγόριθμο ενίσχυση ανατομικών δομών και αγγείων με δυνατότητα 3 διαφορετικών επιλογών καθώς και δυνατότητα ηχογράφησης από τον ιατρό κατά τη λήψη video της εξέτασης για αποθήκευσ και χρήση του αρχείου σε παρουσιάσεις, εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.ο.κ. Η εικόνα να μπορεί να ρυθμίζεται στην μορφή τετράγωνου, οκτάγωνου και κύκλου. Με λειτουργία παγώματος της εικόνας και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών ακόμα και σε λειτουργία εγγραφής video. Να φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, με χρόνο λειτουργίας όχι λιγότερο από 4 ώρες. Να μην έχει βάρος μεγαλύτερο από 2kgr.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53265	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ		5	
		ΣΥΝΟΛΑ:	5	