ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95470
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6868
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 26/10/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ενδοπρόσθεσηχοληφόρωναυτοδιατεινόμενηαπό πλεκτό σύρμα νιτινόλης για την αντιμετώπιση της απόφραξης σε κακοήθεις στενώσεις του χοληδόχου πόρου.
Διαθέτει ειδικό σχεδιασμό πλέξης τύπου «HookandCross» ο οποίος εξασφαλίζει καλύτερη ευκαμψία και ιδανική εφαρμογή της ενδοπρόθεσης στα τοιχώματα του βλεννογόνου.
Διαθέτει ειδικό σχεδιασμό μεπεπλατυσμένα άκρα για την αποφυγή μετανάστευσης της ενδοπρόθεσης.
Διαθέτει 9 επίχρυσουςακτινοσκιερούςδείκτεςέτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη απεικόνιση της ενδοπρόθεσης υπό ακτινοσκόπηση.
Το σώμα της ενδοπρόθεσηςείναι εύκαμπτο, έχει υψηλή ακτινική δύναμη, διάμετρο 10mm και διατίθεται σε συνολικό μήκος 80 mmκαι ωφέλιμο μήκος 66mm.
Η ενδοπρόθεση είναι προφορτωμένη σε σύστημα εισαγωγής μεδιάμετρο 8.5 Frκαι μήκος 1800 mm, συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035’’.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46756	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΝΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ 10FR-8CM		2	
		ΣΥΝΟΛΑ:	2	