ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96143
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7474
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να είναι μιας χρήσης, με διπλή αγώγιμη επιφάνεια τουλάχιστον 85cm2
- Να διαθέτει ειδικό μεταλλικό ισοδυναμικό δακτύλιο επιφάνειας τουλάχιστον 23cm2, ανεξάρτητο της επιφανείας επιστροφής, που να διανέμει το ρεύμα επιστροφής ομοιόμορ σε όλη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου.
- Να μπορεί να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω στον ασθενή.
- Να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε παιδιά άνω των 5 κιλών.
- Να καλύπτεται με γραπτή εγγύηση ασφαλείας για την μη δημιουργία εγκαυμάτων από τ εργοστάσιο κατασκευής της διαθερμίας.
- Να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με την ηλεκτροχειρουργική διαθερμία του τμήματος για απόλυτη συμβατότητα

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46953	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ERBE		100	
		ΣΥΝΟΛΑ:	100	