ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96051
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7386
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 16/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Βιολογικος δεικτης ταχειας ερμηνειας, με αποτελεσμα επωασης σε λιγότερο από 25 λεπτα, καταλληλο για κυκλους με ατμοποιημενο Υπεροξειδιο του Υδρογονου. Να κατατίθεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο οργανισμό που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποιήση συμμορφωσης με το ISO 11138-1:2017. Να αναφέρεται στο έγγραφο : ο ακριβης αριθμος των σπορων, οι τιμες D value, SURVIVAL & KILL TIME, χρόνος επώασης.Να διαθετει πιστοποιηση συμβατοτητας με κλιβανους STERRAD απο ανεξαρτητο οργανισμό.Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή χρώματος μετά την ένδειξη στο αποστειρωτικό μέσο.Ο επωαστηρας να ειναι ευχρηστος,να διαθετει τουλαχιστον 8 θεσεις επωασης, να εχει την δυνατοτητα ψηφιακης οπτικης και ηχητικης ενδειξης των αποτελεσματων σε οθονη led και συναγερμο σε περιπτωση λανθασμενου αποτελεσματος. Επιπλεον να διαθετει ψηφιακο οπτικο συστημα αντιστροφης μετρησης του χρονου.Η συμμόρφωση του επωαστήρα με την σήμανση CE ως ηλεκτρονική συσκευή να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Να παρέχονται δύο επωαστήρες και τεχνική κάλυψη από την εταιρία τουλάχιστον 8 ώρών.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45717	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ STERRAD 100S		600	
		ΣΥΝΟΛΑ:	600	