ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95908
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7259
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σορτς εξέτασης κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες κολονοσκόπησης και άλλες ενδοσκοπικές πράξεις
• Να είναι σχεδιασμένα για διακριτικότητα, άνεση και επαρκή κάλυψη του ασθενούς
• Να κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό τύπου SMS –τριών στρωμάτων (Spunbond-meltblown, Spunbond)
• Να έχει ελάχιστο βάρος υλικού 35 gsm
• Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και απορροφητικό.
• Να παρέχει επαρκή αδιαφάνεια για προστασία της ιδιωτικότητας
• Να διαθέτει ειδικό άνοιγμα στο πίσω μέρος για την εξέταση
• Να διαθέτει κάλυμμα (flap) που κλείνει με αυτοκόλλητο τύπου velcro σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία
• Να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση του προσωπικού και διακριτικότητα του ασθενούς
• Να έχει χρώμα μπλε
• Να διατίθεται σε μεγέθος L –XL και με κορδονάκι αυξομειούμενο
• Να είναι μη αποστειρωμένα
• Να προορίζεται για μία χρήση
• Να μην περιέχει λάτεξ
• Να συσκευάζεται καθαρά και προστατευμένα, με ένδειξη μεγέθους, ποσότητας και παρτίδας
• Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα .

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42231	Παντελόνι κολονοσκόπησης μ.χρ. μεγέθη standards & XL		2000	
		ΣΥΝΟΛΑ:	2000	