ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95747
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7119
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 05/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εύκαμπτο Κυστεοσκόπιο ορισμένης διάρκειας, να είναι χαμηλού βάρους, διαμέτρου 16, Fr, με ανθεκτικό και ομαλό εσωτερικό κανάλι εργασίας 7,2 Fr και μήκος εργασίας 380mm. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση εικόνας CMOS 640K (800X800 pixels), με 4 led φωτισμού, βάθος πεδίου 5-100 mm και εύρος 110 +-10 μοίρες. Δυνατότητα κάμψης 210 μοίρες άνω και 180 κάτω, να διαθέτει σπονδυλωτή μεταλλική "ραχοκοκαλιά" για καλύτε κατευθυντικότητα και χειρισμό. Χειριστήριο με δυνατότητα κλειδώματος και πλήκτρο γ τη λήψη φωτογραφιών ή και video.Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται συνδετικό T-Luer. συνοδεύεται απόεπεξεργαστής Εικόνας/Video με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:Υψηλή ανάλυση, με δυνατότητες AutoFocus, WhiteBalance, Ρύθμιση Φωτεινότητας, Ενίσχυση τη ποιότητας εικόνας των άκρων, ZoomIn&Out, Αναπαραγωγή εικόνας και Video. Να διαθέτε 2 εξόδους DVI με ταυτόχρονη & συγχρονισμένη έξοδο σήματος, SDI&VGA. Δυνατότητα αποθήκευσης εικόνας και Video σε μαγνητικό μέσο USB.ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ-ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51573	ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ 30 ΜΟΙΡΩΝ 4mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 300mm		6	
		ΣΥΝΟΛΑ:	6	