ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96238
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7557
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 23/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FLEX ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
- Να είναι μίας χρήσης, διπλής δυνατότητας καθετήρας, έγχυσης και διαθερμίας
- Να είναι τύπου Τ, λεπτό για ακριβείς εφαρμογές με περιορισμένη θερμική βλάβη
- Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος για σταθερό μήκος εργαλείου
- Να διαθέτει ηλεκτρόδιο 2mmμε εξωτερική διάμετρο 2,6mmκαι μήκος εργασίας 2,3m
- Να διαθέτει βύσμα σύνδεσης international3 ακίδων

ΚΑΣΕΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
- Να είναι μίας χρήσης, διπλής δυνατότητας καθετήρας, έγχυσης και διαθερμίας
- Να είναι απολύτως συμβατή με υβριδικούς καθετήρες έγχυσης και διαθερμίας τύπου Τ και Ι

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42248	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ		2	
42349	Μαχαιρίδια (μαχαιρίδια διαθερμιών)		2	
		ΣΥΝΟΛΑ:	4	