ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 96290
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7604
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ Α.Μ 961065 ΧΡΗΖΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 260Χ150Χ33ΜΜ (LARGE) ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ
Σετ σπόγγων πολυουρεθάνηςLarge 2 τεμάχια για θεραπεία εβδομάδας διαστάσεων 260mm X 150mm X 33mm στην οποία να περιέχονται ανά κάθε σπόγγο 2 τεμ φιλμ για να κλείσει αεροστεγώς το τραύμα ,1 δίσκος αναρρόφησης με 3 σωλήνες 2 μέτρων μήκος για την δυνατότητα ενστάλαξης στο τραύμα. Ο κάθε σπόγγος να είναι ξεχωριστά αποστειρωμένος στο σετ .Αντιμικροβιακο διάλυμα 1000ml με Πολυεξανιδη και Μπεταινη ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 1000ML LIFOTRONIC
"Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml ,αποστειρωμένο , με περιεχόμενο που να ζελατινοποίει το εξίδρωμα και να έχει διαβαθμίσεις σε ml.
Να έχει μια υποδοχή σύνδεσης μέσω τις οποίας να συλλέγονται τα υγρά του τραύματος και μια υποδοχή ανίχνευσης της πίεσης του τραύματος "

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Εύρος αρνητικής πίεσης 0-200mmHg
Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7”
Ταχύτητα άντλησης 8l/min
Ροή ενστάλαξης 8l/min
Ένδειξη αρνητικής πίεσης στην αντλία και ξεχωριστή ένδειξη αρνητικής πίεσης στο τραύμα
6 τρόπους θεραπείας
Αυτονομία έως 12 ώρες εκτός ρεύματος
Χρήζει 4 αλλαγών

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51642	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ	33140000-3	4	
52175	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ		4	
		ΣΥΝΟΛΑ:	8	