ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7160
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5116
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13/10/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ:**ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.:**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Το εργαστήριο διακρίβωσης να είναι διαπιστευμένο ως ικανό σύμφωνα με τις απατήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ?ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και τα κριτήρια του ΕΣΥΔ να διανεργεί μετρήσεις - διακριβώσεις, όπως καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαπίστευσης
ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
1. Ένα Ψηφιακό θερμόμετρο καταγραφικό με εύρος μέτρησης -40 έως +30oC
2. Ένα Ψηφιακό θερμόμετρο ψυγείου με εύρος μέτρησης -40 έως +30oC
3. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου20-200μl
4. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου 200-1000μl
5. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου 1-5ml
6. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου 1-5ml

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:**ΕΤΟΣ** **1**
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:**ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**απαιτηση ISO9001**

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **/**
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
51 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΥΓΡΑΣΙΑΣ κ.λ.π)		ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΟΧΙ